

お知らせ

当院では、平成12年 4月頃から平成18年 8月頃までの間、「**微量採血のための穿刺器具**（指先に針を刺し、微量の血液を出血させて行う血糖検査器具）」のキャップ部分について、毎回の交換を行っていなかった事例が確認されました。

当院では、**針は1回毎に交換**しており、同一の針を複数の患者様に使用（いわゆる「使い回し」）はしていません。



また、キャップ部分を含む針の周辺部分については、交換はしてありませんでしたが、**1回毎にアルコール消毒**をしておりました。(社)日本感染症学会等4学会は、このようなケースについて**何らかの感染症に罹患する可能性はほとんどない**としており、現にこれまで感染が生じた例は国内では報告がありません。

しかしながら、再使用が確認されましたことから、当院としましては、同器具を使用したことがある方、使用したことがあると思われる方で、ご心配のある患者様につきましては、お申し出により感染に関する検査(無料)を実施させていただきます。

本件につきまして、患者様およびご家族の皆様へ、ご迷惑をお掛けし、ご心配とご不安を与えましたことに対し、お詫び申し上げます。

また、患者様からの問い合わせ等に対応するための**相談窓口**を設置しましたので、お問い合わせ下さい。

本件に関するお問い合わせ先(相談窓口)

岡山医療センター 薬剤科 (担当: 市場)

電話: 086-294-9911 (平日 9:00~17:00)